

عنوان کنترل : ABBOTT-1
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۲/۱۸:

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۵۲	۰.۰۵	۰.۶۲۱	۰.۶۷۱	۰.۷۲۱	۰.۷۷۱	۰.۸۲۱	۰.۸۷۱	۰.۹۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۰.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۰.۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۰.۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۰.۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۰.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۰.۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۰.۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۰.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۰.۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۰.۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۰.۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۰.۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۰.۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۰.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۰.۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۰.۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۰.۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۰.۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۰.۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۰.۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۰.۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۰.۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

CV%: 6.955	SD: 0.053	Mean: 0.768
------------	-----------	-------------

