

Permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Progesterone : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲۱,۷	۱,۶	۱۹	۲۰,۶	۲۲,۲	۲۳,۸	۲۵,۴	۲۷	۲۸,۶

مقدار	تاریخ
۲۵,۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۷,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۲,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

مقدار	تاریخ
۲۷,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۳,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۰,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۲۱,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۷,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۶,۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۶,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۲۶,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۳,۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲۱,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۲۱,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱

CV%: 9.442	SD: 2.312	Mean: 24.48
------------	-----------	-------------

