

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : biorad-II
 شروع کنترل
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲:

عنوان آزمایش : Progesterone CLIA
 عنوان دستگاه : زیمنس
 سری ساخت : ۴۰۳۸۲

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۶.۲	۰.۹۰۵	۶.۱۷	۷.۰۷۵	۷.۹۸	۸.۸۸۵	۹.۷۹	۱۰.۶۹۵	۱۱.۶

مقدار	تاریخ
۸.۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۹.۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۸.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲

مقدار	تاریخ
۸.۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۸.۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۸.۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۹.۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۸.۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۳

مقدار	تاریخ
۹.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۸.۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۸.۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۹.۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۸.۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷

CV%: 4.064	SD: 0.362	Mean: 8.906
------------	-----------	-------------

