

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

Progesterone CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶.۱۲۲	۰.۰۵	۰.۶۷۳	۰.۷۲۳	۰.۷۷۳	۰.۸۲۳	۰.۸۷۳	۰.۹۲۳	۰.۹۷۳

مقدار	تاریخ
۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 6.055	SD: 0.051	Mean: 0.844
------------	-----------	-------------

