

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Prolactin

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۴	۰.۴۳	۲.۰۲	۲.۴۵	۲.۸۸	۴.۳۱	۴.۷۴	۵.۱۷	۵.۶

مقدار	تاریخ
۴.۴۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۴.۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۴.۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴.۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴.۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۴.۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴.۹۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۴.۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۴.۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۴.۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۴.۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۴.۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۴.۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۴.۳۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴.۴۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴.۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴.۳۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۴.۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴.۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۴.۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۴.۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۴.۵۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۴.۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۴.۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۴.۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۴.۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۴.۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۴.۴۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۴.۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴.۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۴.۴۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴.۳۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴.۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴.۳۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴.۵۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۲

CV%: 3.427	SD: 0.15	Mean: 4.382
------------	----------	-------------

