

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Prolactin

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۳.۷۵۵	۰.۱۶۱	۳.۸۱۷	۳.۹۷۸	۴.۱۳۹	۴.۳	۴.۴۶۱	۴.۶۲۳	۴.۷۸۳

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۴.۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۴.۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴.۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۴.۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۴.۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴.۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۴.۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۳.۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴.۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۴.۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۳.۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۴.۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۴.۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۴.۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴.۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۴.۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴.۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۴.۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۴.۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۹

CV%: 2.674	SD: 0.111	Mean: 4.146
------------	-----------	-------------

