

عنوان آزمایش : Prolactin

عنوان دستگاه : Abbott      سری ساخت : 40382

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1400/04/05

biorad II

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
24.934	23.956	22.978	22	21.022	20.044	19.066	0.978	4.4

تاریخ	مقدار
16/04/1400	21
19/04/1400	20.9

تاریخ	مقدار
12/04/1400	20.3
13/04/1400	20.8
14/04/1400	21.3
15/04/1400	20.3

تاریخ	مقدار
07/04/1400	22.5
08/04/1400	21.3
09/04/1400	20.2
10/04/1400	22

Mean: 21.06	SD: 0.75	CV%: 3.562
-------------	----------	------------

