

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۳۰۱

عنوان آزمایش : Prolactin

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۴	۰.۳۹	۲.۷۴	۳.۱۳	۳.۵۲	۳.۹۱	۴.۳	۴.۶۹	۵.۰۸

مقدار	تاریخ
۳.۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴.۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۳.۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۳.۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴.۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳.۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۳.۸۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مقدار	تاریخ
۴.۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۳.۹۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۳.۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۳.۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۴.۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۳.۷۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳.۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۴.۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۳.۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۶

مقدار	تاریخ
۳.۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۳.۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۴.۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۴.۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۴.۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴.۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۳.۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴.۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۴.۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۶

CV%: 3.064	SD: 0.122	Mean: 3.986
------------	-----------	-------------

