

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۹/۰۸:

سری ساخت : ۰۱۰۲۳۴۰۳۳۴/-/-

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۸۶۲	۰.۱۰۷	۲.۴۳۷	۲.۵۳۴	۲.۶۴۱	۲.۷۴۸	۲.۸۵۵	۲.۹۶۲	۴.۰۶۹

مقدار	تاریخ
۲.۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲.۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲.۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۲.۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲.۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۲.۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲.۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲.۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲.۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲.۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۲.۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۲.۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲.۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۲.۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲.۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۲.۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲.۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲.۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

CV%: 2.248	SD: 0.083	Mean: 3.682
------------	-----------	-------------

