

عنوان کنترل : abbot-3

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۳

عنوان آزمایش : Prolactin

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲.۱۱۲	۰.۷۶۳	۳۳.۸۳۴	۳۴.۵۹۷	۳۵.۳۶	۳۶.۱۲۳	۳۶.۸۸۶	۳۷.۶۴۹	۳۸.۴۱۲

مقدار	تاریخ
۳۵.۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۳۶.۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۳۵.۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۶.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۳۵.۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۷.۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۵.۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۳۵.۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۳۵.۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۵.۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۳۶.۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۳۵.۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۳۵.۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸

CV%: 1.916	SD: 0.686	Mean: 35.822
------------	-----------	--------------

