

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

سری ساخت : -/۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Prolactin

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۴	۰.۳۹	۲.۷۴	۳.۱۳	۳.۵۲	۳.۹۱	۴.۳	۴.۶۹	۵.۰۸

مقدار	تاریخ
۴.۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۴.۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۳.۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴.۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۴.۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴.۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۴.۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴.۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۳.۹۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۳.۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۳.۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۳.۹۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴.۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۴.۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳.۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶

مقدار	تاریخ
۳.۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳.۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۳.۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳.۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۳.۸۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۳.۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۴.۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۳

CV%: 4.129	SD: 0.164	Mean: 3.97
------------	-----------	------------

