

عنوان کنترل : universal I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۶/۳۱:

سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲/

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۱	۰.۷۹۲	۸.۸۴۹	۹.۶۴۱	۱۰.۴۳۳	۱۱.۲۲۵	۱۲.۰۱۷	۱۲.۸۰۹	۱۳.۶۰۱

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۷
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۸
۱۱.۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۱.۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۱۱.۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۱.۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۱۰.۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۱۰.۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۰.۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۹.۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۰.۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶

CV%: 5.555	SD: 0.614	Mean: 11.056
------------	-----------	--------------

