

عنوان کنترل : universal I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۶/۳۱:

سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲ /

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۰۳۱	۰.۶۶۴	۹.۰۳۲	۹.۶۸۶	۱۰.۳۵	۱۱.۰۱۴	۱۱.۶۷۸	۱۲.۳۴۲	۱۳.۰۰۶

مقدار	تاریخ
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۳
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۴
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۵
۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۶
۱۱.۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۸
۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۹
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳
۱۰.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۱۳.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۱۳.۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۱.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۱.۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۱.۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۱۱.۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱۱.۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۱

CV%: 4.37	SD: 0.498	Mean: 11.403
-----------	-----------	--------------

