

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷۰۱	۱,۱۳	۳۸,۴۴۳	۳۹,۵۷۳	۴۰,۷۰۳	۴۱,۸۳۳	۴۲,۹۶۳	۴۴,۰۹۳	۴۵,۲۲۳

مقدار	تاریخ
۴۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۳۹,۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۰,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۱,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴۰,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۸,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴۱,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۹,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۰,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۴۰,۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۹,۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۱,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۹,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۹,۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۴۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۴۰,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۴۰,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

CV%: 2.792	SD: 1.137	Mean: 40.735
------------	-----------	--------------

