

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۱۲	۱,۳۵۹	۳۶,۹۵۶	۳۸,۳۱۵	۳۹,۶۷۴	۴۱,۰۳۳	۴۲,۳۹۲	۴۳,۷۵۱	۴۵,۱۱

مقدار	تاریخ
۴۰,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۴۰,۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۴۱,۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴۰,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴۲,۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۲,۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۴۲,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۱,۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۱,۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۲,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۴۰,۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۴۲,۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۰,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۹,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۱,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۴۱,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴۱,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۴۲,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 2.371	SD: 0.984	Mean: 41.51
------------	-----------	-------------

