

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۷۶	۰,۰۷۱	۳,۰۳۷	۳,۱۰۸	۳,۱۷۹	۳,۲۵	۳,۳۲۱	۳,۳۹۲	۳,۴۶۳

مقدار	تاریخ
۳,۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳,۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳,۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۳,۲۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۳,۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳,۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۳,۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳,۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۳,۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۳,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۳,۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۳,۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳,۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۳,۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳,۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 2.568	SD: 0.084	Mean: 3.26
------------	-----------	------------

