

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۰۷۱	۱,۲۹۱	۳۸,۱۶	۳۹,۴۵۱	۴۰,۷۴۲	۴۲,۰۳۳	۴۳,۳۲۴	۴۴,۶۱۵	۴۵,۹۰۶

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴۱,۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۹,۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۲,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴۰,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۴۲,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۴۳,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴۳,۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۴۲,۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۴۲,۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴۰,۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۰,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴۱,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۴۲,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴۰,۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۹

CV%: 2.757	SD: 1.156	Mean: 41.909
------------	-----------	--------------

