

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۹	۰,۰۸۱	۳,۰۱۶	۳,۰۹۷	۳,۱۷۸	۳,۲۵۹	۳,۳۴	۳,۴۲۱	۳,۵۰۲

مقدار	تاریخ
۳,۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۳,۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳,۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳,۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳,۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳,۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳,۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۳,۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳,۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 3.004	SD: 0.098	Mean: 3.255
------------	-----------	-------------

