

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1
 شروع کنترل
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲:

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : Prolactin-CLIA
 عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲.۲۸۲	۰.۰۸۹	۲.۶۳۸	۲.۷۲۷	۲.۸۱۶	۳.۹۰۵	۲.۹۹۴	۴.۰۸۳	۴.۱۷۳

مقدار	تاریخ
۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۳.۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۴.۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۳.۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۳.۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۴.۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳.۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۳.۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۳.۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۴.۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 1.392	SD: 0.055	Mean: 3.96
------------	-----------	------------