

عنوان آزمایش : Prolactin-CLIA
 عنوان دستگاه : abbot

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان کنترل : abbot-1
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
4.159	4.093	4.027	3.961	3.895	3.829	3.763	0.066	1.665

تاریخ	مقدار
12/12/1399	3.95

تاریخ	مقدار
06/12/1399	3.93
09/12/1399	3.9
10/12/1399	3.99
11/12/1399	3.9

تاریخ	مقدار
02/12/1399	4
03/12/1399	3.9
04/12/1399	3.89
05/12/1399	3.96

Mean: 3.936	SD: 0.042	CV%: 1.056
-------------	-----------	------------

