

high -anshlabs : عنوان کنترل

Anti Mullerian hormone : عنوان آزمایش

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۱۱:

سری ساخت : ۰۲۳۴۲۰

الیزایدر : عنوان دستگاه

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۳.۷۹۹	۰.۱۵۶	۳.۶۴۳	۳.۷۹۹	۳.۹۵۵	۴.۱۱۱	۴.۳۶۷	۴.۴۲۳	۴.۵۷۹

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۴.۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۴.۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۴.۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴.۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰

CV%: 4.209	SD: 0.174	Mean: 4.127
------------	-----------	-------------

