

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۲/۰۷:

عنوان آزمایش : Androstenedione
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۸۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲۲.۹۷۳	۰.۲۹۶	۰.۴۰۲	۰.۶۹۸	۰.۹۹۴	۱.۲۹	۱.۵۸۶	۱.۸۸۲	۲.۱۷۸

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱.۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱.۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۱.۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱.۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱.۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۰

CV%: 17.507	SD: 0.248	Mean: 1.417
-------------	-----------	-------------

