

randox II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

سری ساخت : ۸۱۵۳

PAPP-A : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۷.۴۱۶	۰.۵۹۹	۶.۳۷۶	۶.۸۷۵	۷.۴۷۴	۸.۰۷۳	۸.۶۷۲	۹.۲۷۱	۹.۸۷

مقدار	تاریخ
۸.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۸.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۷.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۸.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۷.۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۸.۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۷.۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۸

مقدار	تاریخ
۸.۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۷.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۷.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۷.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۶.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۸.۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۸.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸

CV%: 6.72	SD: 0.537	Mean: 7.99
-----------	-----------	------------

