

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : Prolactin

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۴	۰.۳۰۸	۲.۱۶۱	۲.۴۶۹	۲.۷۷۷	۳.۰۸۵	۲.۳۹۳	۳.۷۰۱	۴.۰۰۹

مقدار	تاریخ
۳.۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳.۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳.۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳.۴۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۳.۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۳.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۱
۳.۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۲
۳.۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۳
۳.۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳.۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳.۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۳.۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۸
۳.۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۳.۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۰

مقدار	تاریخ
۳.۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۳.۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳.۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳.۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳.۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳.۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳.۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳.۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰

CV%: 4.533	SD: 0.153	Mean: 3.375
------------	-----------	-------------

