

عنوان کنترل : biorad III
شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۰/۲۵:

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : siemens
سری ساخت : ۴۰۳۸۳

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۴۱۸	۱۹.۲۳۹	۲۹۷.۳۵	۳۱۶.۵۸۹	۳۳۵.۸۲۸	۳۵۵.۰۶۷	۳۷۴.۳۰۶	۳۹۳.۵۴۵	۴۱۲.۷۸۴

مقدار	تاریخ
۳۳۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳۹۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۴۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۴۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۲
۳۳۷	۱۴۰۰/۰۱/۳۳
۳۷۶	۱۴۰۰/۰۱/۳۴
۳۶۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۵
۳۶۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۶

مقدار	تاریخ
۳۳۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۳۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۳۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۳۶۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۳۴۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۳۳۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۹

CV%: 5.141	SD: 18.03	Mean: 350.733
------------	-----------	---------------

