

Universal HIGH : عنوان کنترل :

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۸/۱۶:

سری ساخت : -/۴۶۹۸۴۳

Triiodothyronine : عنوان آزمایش :

((T3

E601

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۲.۶۸	۱۲.۷۷۱	۳۰۸.۷۰۴	۳۲۱.۴۷۵	۳۳۴.۲۴۶	۳۴۷.۰۱۷	۲۵۹.۷۸۸	۳۷۲.۵۵۹	۳۸۵.۲۳

مقدار	تاریخ
۳۶۴.۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۳۲۶.۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۴۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۴۵.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۳۴۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۲۹.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۳۷۲.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۳۲.۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۳۹.۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۳۴۰.۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۵۴.۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۳۳۴.۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۳۵۷.۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۳۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۳۳۷.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۶۳.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۶۲.۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۳۴۴.۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۳۵۶.۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۳۴۴.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۳۵۷.۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۳۶۷.۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۴۳.۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۹

CV%: 4.124	SD: 14.303	Mean: 346.861
------------	------------	---------------

