

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۰/۳۰:

سری ساخت : ۴۰۳۸۳

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : siemense

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۶	۲۲.۶۶۷	۲۷۲.۹۹۹	۲۹۵.۶۶۶	۳۱۸.۳۳۳	۳۴۱	۳۶۳.۶۶۷	۳۸۶.۳۳۴	۴۰۹.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۳۴۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۷۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۳۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۳۴۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۳۵۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۳۴۵	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۵۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۶۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۳۶۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۳۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۳۸۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۵۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۳۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۳۵۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۳۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۳۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۳۳۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰

CV%: 5.939	SD: 20.839	Mean: 350.913
------------	------------	---------------

