

biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۱۰/۳۰:

سری ساخت : ۴۰۳۸۳/

(Triiodothyronine (T3 : عنوان آزمایش :  
siemens : عنوان دستگاه :

| %CV   | SD     | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN    | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵.۹۳۹ | ۲۰.۸۳۹ | ۲۸۸.۳۹۶           | ۳۰۹.۲۳۵           | ۳۳۰.۰۷۴           | ۳۵۰.۹۱۳ | ۳۷۱.۷۵۲         | ۳۹۲.۵۹۱         | ۴۱۳.۴۳          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۲۸   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
| ۳۵۸   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
| ۳۳۰   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
| ۳۲۸   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
| ۳۴۲   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
| ۳۲۸   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
| ۳۳۰   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۳۳   | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
| ۳۵۹   | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
| ۳۰۰   | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
| ۳۱۲   | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
| ۳۱۲   | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
| ۳۲۷   | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
| ۳۳۰   | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
| ۳۳۰   | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۲۸   | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
| ۳۴۲   | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
| ۳۱۷   | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
| ۳۳۶   | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
| ۳۳۷   | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
| ۳۴۴   | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
| ۳۳۷   | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
| ۳۳۳   | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| CV%: 4.121 | SD: 13.654 | Mean: 331.348 |
|------------|------------|---------------|

