

biord II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۳:

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3  
عنوان دستگاه : siemense

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۰۰۱	۱۰.۲۵	۱۷۴.۲۱۷	۱۸۴.۴۶۷	۱۹۴.۷۱۷	۲۰۴.۹۶۷	۲۱۵.۲۱۷	۲۲۵.۴۶۷	۲۳۵.۷۱۷

مقدار	تاریخ
۲۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۲۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۲۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۲۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۲۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۲۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۲۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۲۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۲۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۲۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۲۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۲۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۲۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۲۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۱۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۲۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۹۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 6.201	SD: 12.936	Mean: 208.6
------------	------------	-------------

