

biord II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۳:

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : siemense

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۰۵۷	۱۲.۶۴۶	۱۷۰.۸۳۹	۱۸۳.۴۷۵	۱۹۶.۱۲۱	۲۰۸.۷۶۷	۲۲۱.۴۱۳	۲۳۴.۰۵۹	۲۴۶.۷۰۵

مقدار	تاریخ
۲۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۲۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۲۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۲۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۱۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۲۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۲۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۲۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۲۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۲۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۹۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۲۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۱۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۱۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۲۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۲۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۲۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۲۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

CV%: 5.272	SD: 10.945	Mean: 207.609
------------	------------	---------------

