

عنوان کنترل : Universal HIGH

عنوان آزمایش : Triiodothyronine (T3)

شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۸/۱۶:

سری ساخت : -/۴۶۹۸۴۳

E601

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۴.۸	۲۷	۲۵۷	۲۸۴	۳۱۱	۳۳۸	۲۶۵	۳۹۲	۴۱۹

مقدار	تاریخ
۳۳۲.۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۶۴.۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۳۴۰.۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۳۴۷.۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۳۵۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۷

مقدار	تاریخ
۳۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳۳۲.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳۴۳.۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۳۶۳.۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۳۲.۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۳۳۷.۹	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۴۹.۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱

مقدار	تاریخ
۳۵۴.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۳۴۵.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۴۳.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۳۴۸.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۳۴۰.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۳۳۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۵۲.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۳

CV%: 3.706	SD: 12.762	Mean: 344.332
------------	------------	---------------

