

عنوان کنترل : Universal HIGH

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۸/۱۶:

سری ساخت : -/۴۶۹۸۴۳

عنوان آزمایش : Triiodothyronine

((T3

E601

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۳.۸۷۹	۱۳.۲۷۸	۳۰۲.۴۴۳	۳۱۵.۷۲۱	۳۲۸.۹۹۹	۳۴۲.۳۷۷	۳۵۵.۵۵۵	۳۶۸.۸۳۳	۳۸۲.۱۱۱

مقدار	تاریخ
۳۴۶.۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۳۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۳۴۳.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۳۴۱.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۴۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۳۵۴.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۵۶.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۴۱.۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۳۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۳۴۶.۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۳۳۵.۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۳۶۳.۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۳۶۳.۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۳۴۴.۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۳۴۳.۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۳۵۲.۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۳۴۳.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۴۹.۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳۳۲.۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۶۴.۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۳۴۰.۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۳۴۷.۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۳۵۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۳۵۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳۵۰.۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳۴۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۰

CV%: 2.484	SD: 8.638	Mean: 347.715
------------	-----------	---------------

