

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۳/۳۰:

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۳

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۸۷۳	۱۲.۱۲۴	۱۱۷.۶۱۸	۱۲۹.۷۴۳	۱۴۱.۸۶۶	۱۵۳.۹۹	۱۶۶.۱۱۴	۱۷۸.۲۳۸	۱۹۰.۳۶۲

مقدار	تاریخ
۱۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۱۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۱۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۱۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۱۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۰

CV%: 7.94	SD: 11.996	Mean: 151.083
-----------	------------	---------------

