

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۱/۰۲:

سری ساخت : ۴۰۴۲۳

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : siemense

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۸.۶	۲۳.۳۳۳	۲۷۲.۰۰۱	۲۹۵.۳۳۴	۳۴۲	۳۶۵.۳۳۳	۳۸۸.۶۶۶	۴۱۱.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۳۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۳۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۳۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۳

مقدار	تاریخ
۳۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳۵۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۳۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵

CV%: 1.901	SD: 6.779	Mean: 356.571
------------	-----------	---------------

