

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۰/۳۰:

سری ساخت : ۴۰۳۸۳

(Triiodothyronine (T3 : عنوان آزمایش :
siemens : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۴.۶۰۶	۱۶.۰۵۹	۳۰۰.۴۵۶	۳۱۶.۵۱۵	۳۳۲.۵۷۴	۳۴۸.۶۳۳	۳۶۴.۶۹۲	۳۸۰.۷۵۱	۳۹۶.۸۱

مقدار	تاریخ
۳۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۳۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۳۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۳۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۳۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۳۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۳۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷

CV%: 5.192	SD: 17.979	Mean: 346.308
------------	------------	---------------

