

عنوان کنترل : Universal HIGH

عنوان آزمایش : Triiodothyronine

شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۳/۲۳:

سری ساخت : ۵۰۶۲۱۳

((T3  
E601

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>-</sup>	SD <sup>-</sup>	SD <sup>-</sup>	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۴.۸	۳۷.۶۶۷	۲۶۰.۹۹۹	۲۸۸.۶۶۶	۳۱۶.۳۳۳	۳۴۴	۳۷۱.۶۶۷	۳۹۹.۳۳۴	۴۲۷.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۳۱۶.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۱۱.۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۳۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶

CV%: 3.163	SD: 9.877	Mean: 312.225
------------	-----------	---------------

