

عنوان کنترل : universal I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۳/۳۰:

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۸	۳۴.۶۶۷	۳۳۴.۹۹۹	۲۵۹.۶۶۶	۲۸۴.۳۳۳	۳۰۹	۳۳۳.۶۶۷	۳۵۸.۳۳۴	۲۸۳.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۳۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۳۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۳۳۷.۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹

مقدار	تاریخ
۳۱۹.۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۳۳۷.۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۳۴۵.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۴۷.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
۳۴۴.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۳۴۴.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۳۳۱.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۳۳۵.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۳۴.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۳۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۱۹.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۳۳۵.۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۳۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸

CV%: 4.398	SD: 14.504	Mean: 329.817
------------	------------	---------------

