

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵
عنوان کنترل : universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۲۸۵	۱۴.۰۵۱	۲۸۵.۷۷۲	۲۹۹.۸۲۳	۳۱۳.۸۷۴	۳۲۷.۹۲۵	۳۴۱.۹۷۶	۳۵۶.۰۲۷	۳۷۰.۰۷۸

مقدار	تاریخ
۲۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۳۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۳۲۲.۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳۴۷.۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۳۴۷.۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۵۲.۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۳۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵

مقدار	تاریخ
۳۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۳۳۷.۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۳۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۴۱.۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲

CV%: 5.734	SD: 19.222	Mean: 335.215
------------	------------	---------------

