

عنوان کنترل : Universal LOW

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۳/۲۳:

عنوان آزمایش : Triiodothyronine (T3)

عنوان دستگاه : E601

سری ساخت : ۵۰۶۲۱۱

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۴.۸	۱۰.۳۳۳	۱۱۶.۰۰۱	۱۲۶.۳۳۴	۱۳۶.۶۶۷	۱۴۷	۱۵۷.۳۳۳	۱۶۷.۶۶۶	۱۷۷.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۴۲.۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۵۵.۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۴۷.۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۱۴۳.۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۴۴.۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰

CV%: 6.515	SD: 9.86	Mean: 151.343
------------	----------	---------------

