

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
 عنوان دستگاه : کوباس E411
 عنوان کنترل : universal I
 سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵
 شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۴۱۵	۳۴.۶۶۹	۲۵۸.۶۷۶	۲۸۳.۳۴۵	۳۰۸.۰۱۴	۳۳۲.۶۸۳	۳۵۷.۳۵۲	۳۸۲.۰۲۱	۴۰۶.۶۹

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۳۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۳۵۶.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۳۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
		۳۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۳۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
		۳۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳۳۴.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
CV%: 3.758		SD: 12.691		Mean: 337.7	

