

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3  
عنوان دستگاه : کوباس E411  
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۳  
عنوان کنترل : Universal I  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۹۷۷	۱۰.۵۱۹	۱۱۹.۲۲	۱۲۹.۷۳۹	۱۴۰.۲۵۸	۱۵۰.۷۷۷	۱۶۱.۲۹۶	۱۷۱.۸۱۵	۱۸۲.۳۳۴

مقدار	تاریخ
۱۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱۵۹.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۱۶۲.۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۶۰.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۵۸.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴

CV%: 7.519	SD: 11.84	Mean: 157.481
------------	-----------	---------------

