

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3  
عنوان دستگاه : کوباس E411  
عنوان کنترل : Universal I  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰  
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۳

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷,۳۵۶	۱۲,۰۹۲	۱۲۸,۱۰۴	۱۴۰,۱۹۶	۱۵۲,۲۸۸	۱۶۴,۳۸	۱۷۶,۴۷۲	۱۸۸,۵۶۴	۲۰۰,۶۵۶

مقدار	تاریخ
۱۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷

CV%: 6.711	SD: 11.074	Mean: 165
------------	------------	-----------

