

عنوان کنترل : prmium plus II

شروع کنترل  
۱۴۰۱/۱۲/۲۰:

سری ساخت : ECT۱۰۷

عنوان آزمایش : Triiodothyronine (T3)

عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۷۱۳	۹.۷۵۶	۱۷۷.۷۳۲	۱۸۷.۴۸۸	۱۹۷.۲۴۴	۲۰۷	۲۱۶.۷۵۶	۲۲۶.۵۱۲	۲۳۶.۲۶۸

مقدار	تاریخ
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
۲۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۲۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۲۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۲۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۲۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۳

CV%: 2.898	SD: 5.966	Mean: 205.875
------------	-----------	---------------

