

عنوان کنترل : prmium plus II

عنوان آزمایش : Triiodothyronine (T3)

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

سری ساخت : ECT۱۰۷

عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۸۱۵	۵.۸۴۸	۱۹۰.۱۸۹	۱۹۶.۰۳۷	۲۰۱.۸۸۵	۲۰۷.۷۳۳	۲۱۳.۵۸۱	۲۱۹.۴۳۹	۲۲۵.۲۷۷

مقدار	تاریخ
۱۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

CV%: 2.07	SD: 4.183	Mean: 202.067
-----------	-----------	---------------

