

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس E411
عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۳۶۴	۱۱,۹۴۷	۱۲۶,۳۹۲	۱۳۸,۳۳۹	۱۵۰,۲۸۶	۱۶۲,۲۳۳	۱۷۴,۱۸	۱۸۶,۱۲۷	۱۹۸,۰۷۴

مقدار	تاریخ
۱۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۴۱,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱۶۲,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۶۲,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲

CV%: 8.237	SD: 13.523	Mean: 164.171
------------	------------	---------------

