

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biord II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۲:

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

(Triiodothyronine (T3 : عنوان آزمایش :
siemense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۰۳	۱۰.۱۸۴	۱۷۱.۹۱۵	۱۸۳.۰۹۹	۲۰۲.۴۶۷	۲۱۲.۶۵۱	۲۲۲.۸۳۵	۲۳۲.۰۱۹

مقدار	تاریخ
۲۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۲۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۲۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۱۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۲۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۱۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۲۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۲۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۲۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۲۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۲۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۲۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۲۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۲۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۲۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۲۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۲۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۲۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 5.866	SD: 12.129	Mean: 206.76
------------	------------	--------------