

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۱۰/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۳۸۳

(Triiodothyronine (T3 : عنوان آزمایش :  
siemens : عنوان دستگاه :

| %CV | SD     | SD <sub>2</sub> - | SD <sub>2</sub> - | SD <sub>1</sub> - | MEAN | SD <sub>1</sub> | SD <sub>2</sub> | SD <sub>2</sub> |
|-----|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۸.۶ | ۲۲.۶۶۷ | ۲۷۲.۹۹۹           | ۲۹۵.۶۶۶           | ۳۱۸.۳۳۳           | ۳۴۱  | ۳۶۳.۶۶۷         | ۳۸۶.۳۳۴         | ۴۰۹.۰۰۱         |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۸۳   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
| ۳۳۲   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
| ۳۳۷   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
| ۲۵۷   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
| ۲۵۶   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
| ۳۱۰   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
| ۲۵۸   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
| ۳۴۳   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
| ۳۴۸   | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۷۶   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
| ۳۸۰   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
| ۳۴۷   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
| ۳۷۷   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
| ۴۰۰   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
| ۳۳۶   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
| ۳۹۱   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
| ۳۵۰   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
| ۳۸۶   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
| ۳۸۸   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۸۴   | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
| ۳۴۰   | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
| ۳۸۹   | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
| ۳۴۹   | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
| ۳۹۰   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
| ۳۸۱   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
| ۳۸۲   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
| ۳۵۱   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
| ۳۳۹   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
| ۳۶۱   | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| CV%: 6.438 | SD: 23.335 | Mean: 362.448 |
|------------|------------|---------------|