

عنوان آزمایش : Triiodothyronine (T3)
 عنوان دستگاه : E601

سری ساخت : ۳۸۱۱۶۲

عنوان کنترل : Universal LOW
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
190	179	168	157	146	135	124	11	4.8

تاریخ	مقدار
19/12/1399	145.1

تاریخ	مقدار
12/12/1399	149.6
13/12/1399	150.4
14/12/1399	137.1
16/12/1399	149.7

تاریخ	مقدار
06/12/1399	145.1
09/12/1399	135.7
10/12/1399	150.6
11/12/1399	148.3

Mean: 145.733	SD: 5.687	CV%: 3.902
---------------	-----------	------------

