

biord II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : siemens

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵.۲۲۳	۱۰.۲۹۲	۱۶۶.۱۹۱	۱۷۶.۴۸۳	۱۸۶.۷۷۵	۱۹۷.۰۶۷	۲۰۷.۳۵۹	۲۱۷.۶۵۱	۲۲۷.۹۴۳

مقدار	تاریخ
۲۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۲۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۲۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۲۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۲۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۲۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۲۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۲۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۲۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۲۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۲۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۲۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۲۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 5.29	SD: 10.64	Mean: 201.13
-----------	-----------	--------------

