

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۸/۱۲/۱۱:

(Triiodothyronine (T3 : عنوان آزمایش :
siemens : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۴۰۳۷۳

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۱۶	۱۷.۸۸۶	۲۹۲.۹۴۲	۳۱۰.۸۲۸	۳۴۶.۶	۲۶۴.۴۸۶	۳۸۲.۳۷۲	۴۰۰.۲۵۸

مقدار	تاریخ
۳۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۳۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۳۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۳۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۳۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۳۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۳۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۳۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۳۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۳۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۳۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۳۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۳۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۳۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۳۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۳۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۳۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۳۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۳۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۳۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۳۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۳۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۳۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 5.076	SD: 17.713	Mean: 348.92
------------	------------	--------------